

Код ОКДП2 32.50.30.110

Код позиции КТРУ 32.50.30.110-00000078

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Кровать общебольничная механическая КМ-09

№	№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	1.	Регистрационное удостоверение на медицинское изделие	наличие
	2.	Декларация о соответствии	наличие
	3.	Сертификат соответствия	наличие
	4.	Нахождение в реестре Минпромторга	наличие
	5.	Страна производства	РФ
	6.	Кровать общебольничная	
	7.	Длина	2060±10 мм
	8.	Ширина	908±10 мм
	9.	Высота кровати с учетом торцевой спинки в изголовье	840±10 мм
	10.	Высота кровати с учетом торцевой спинки в изножье	840±10 мм
	11.	Высота кровати	фиксированная
	12.	Масса кровати	45 ±5 кг
	13.	Номинальная нагрузка	150 кг
	14.	Размеры ложа кровати:	
	15.	Длина ложа	2000±10 мм
	16.	Ширина ложа	900±10 мм
	17.	Высота от пола до ложа кровати	450±10 мм
	18.	Каркас кровати изготовлен из стальной трубы прямоугольного сечения с полимерно-порошковым покрытием, сечение	(50×25x2)±2 мм,
	19.	Ложе выполнено	Из металлической рейки
	20.	Кол-во реек	Не менее 20

21.	Секции ложа	имеют 3 продольных усилителя
22.	Толщина металлической рейки ложа	0,7 ±0,1мм
23.	Торцевые спинки изготовлены из круглой трубы	30х30
24.	Ограничители матраца	Не менее 4-и. Скобы изготовлены проволоки
25.	К каркасу кровати	Болтовым соединением крепятся 2 П-образные опоры (ножки)
26.	Опоры (ножки) изготовлены из стальной трубы круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием, сечение	(30×2)±0,2 мм
27.	Упаковка	Гофрокартон 5-слойный